



Het onderzoek

Een medewerker van Star-shl brengt de manchet aan om uw bovenarm. Met een luchtslang wordt de manchet gekoppeld aan een recorder. De luchtslang wordt achterlangs uw hals geleid om knikken van de slang te voorkomen. De recorder draagt u met een riem om uw middel of schuin over het lichaam.

Uw bloeddruk wordt na het aansluiten direct een eerste keer gemeten aan beide armen. Als een van uw armen een veel hogere bloeddruk laat zien, moeten we de meter daar aansluiten en laten zitten voor het onderzoek.

De medewerker van Star-shl vertelt u hoe u kunt zien of de bloeddrukmeter goed functioneert en maakt met u een afspraak over het afkoppelen en terugbrengen van de meter.

Als de manchet los is gegaan, brengt u deze weer zo goed mogelijk aan om uw bovenarm. Plaats het witte pijltje 1 cm boven de elleboogplooï met de slang aan de bovenzijde van de manchet. Zo nodig kunt u na 24 uur de recorder zelf uitzetten door de aan/uit knop gedurende 5 seconden in te drukken totdat het display uitvalt, waarna u de manchet van uw arm haalt.

Belangrijke informatie tijdens de meting

- Autorijden tijdens de metingen geeft grote kans op storing, probeert u dit zoveel mogelijk te vermijden.
- Niet douchen, baden of zwemmen met de ambulante bloeddrukmeter, deze mag niet nat worden.
- Het is veiliger om geen elektrisch gereedschap of zware apparatuur te gebruiken.
- U mag tijdens het onderzoek de manchet en de batterijen niet verwijderen.
- Kom niet aan de knopjes die op de recorder zitten, alles is al ingesteld.
- Ga niet op of onder een elektrische deken liggen terwijl deze aanstaat; voorverwarmen mag wel, maar zet de deken uit bij het naar bed gaan.
- Als u een waterbed heeft, is het belangrijk dat u het verwarmingselement uitschakelt door de stekker uit het stopcontact te halen.

Bij problemen met het apparaat

Zet het apparaat uit en maak de manchet los van uw arm. U kunt telefonisch contact opnemen via 088 020 95 07.